Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22401-12, Verfall 30.05.2024

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	**4.18**			
Standardabw. +/-	0.18			
Sollbereich	4.00	bis	4.36	

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
4.00	4.06	4.12	4.18	4.24	4.30	4.36

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	**32.8**			
Standardabw. +/-	3.0			
Sollbereich	29.8	bis	35.8	

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
29.8	30.8	31.8	32.8	33.8	34.8	35.8

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	**225**			
Standardabw. +/-	30			
Sollbereich	195	bis	255	

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
203	213	223	233	243	253	263

Datum	Messwert

21.02.2024

Medonic Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22401-12, Verfall 30.05.2024

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.3**			
Standardabw. +/-	0.6			
Sollbereich	7.7	bis	8.9	

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**11.7**			
Standardabw. +/-	0.4			
Sollbereich	11.3	bis	12.1	

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.3	11.4	11.5	11.7	11.9	12.0	12.1

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum

21.02.2024