Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22404-12, Verfall 29.08.2024

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	**4.20**			
Standardabw. +/-	0.18			
Sollbereich	4.02	bis	4.38	

Einheit 10^{12} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
4.02	4.08	4.14	4.20	4.26	4.32	4.38

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	**34.4**			
Standardabw. +/-	3.0			
Sollbereich	31.4	bis	37.4	

Einheit %

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	**234**			
Standardabw. +/-	30			
Sollbereich	204	bis	264	

Einheit 10^{9} / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
204	214	224	234	244	254	264

Datum	Messwert

23.05.2024

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22404-12, Verfall 29.08.2024

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8.2**		
Standardabw. +/-	0.6		
Sollbereich	7.6	bis	8.8

Einheit 10^9 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**11.9**		
Standardabw. +/-	0.4		
Sollbereich	11.5	bis	12.3

Einheit g/dL

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11.5	11.6	11.7	11.9	12.1	12.2	12.3

Datum	Messwert

OT = Open Tube (Offenes Röhrchen)
MPA = Mikropipettenadapter
CAP = Cap Piercer (falls vorhanden)

OT	MPA	CAP

Visum

23.05.2024