Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22507-12, Verfall 27.11.2025

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

RBC

Mittelwert	4,15				
Standardabw. +/-	0,18				
Sollbereich	3,97	bis	5,33		

Einheit	1012 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
3,97	4,03	4,09	4,15	4,21	4,27	5,33

Datum	Messwert

HCT

Mittelwert	33,7				
Standardabw. +/-	3,0				
Sollbereich	30,7	bis	36,7		

Einheit	%

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7

Datum	Messwert

PLT

Mittelwert	245				
Standardabw. +/-	30				
Sollbereich	215	bis	275		

Einheit	109 / L

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
215	225	235	245	255	265	275

Datum	Messwert

Swelab Alfa Kontrollblatt für die interne Qualitätskontrolle

Boule Con-Diff Normal LOT: 22507-12, Verfall 27.11.2025

Haltbarkeit nach Öffnen 14 Tage

WBC

Mittelwert	**8,3**		
Standardabw. +/-	0,6		
Sollbereich	7,7	bis	8,9

Einheit **109 / L**

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9

Datum	Messwert

HGB

Mittelwert	**11,6**		
Standardabw. +/-	0,40		
Sollbereich	11,3	bis	11,9

Einheit **g/dL**

-3s	-2s	-1s	MW	+1s	+2s	+3s
11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9

Datum	Messwert